



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/3221/11

Warszawa, 15.04.2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **stołu optycznego** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Parametry techniczne oferowane
1.	Funkcjonalność podstawowa	Stół do mocowania elementów wyposażenia laboratorium w celu ich stabilizacji	 Tak/Nie
2.	Wymiary blatu	Szerokość 120 – 140 cm Długość 150 – 200 cm	 Tak/Nie
3.	Grubość blatu	20 cm	 Tak/Nie
4.	Wysokość nóg stołu	78 cm ± 2 cm	 Tak/Nie
5.	Powierzchnia blatu	Zrobiona z ferro magnetycznej stali nierdzewnej	 Tak/Nie
6.		Rozstaw otworów 25mm	 Tak/Nie
7.	Maksymalne obciążenie	Co najmniej 240 kg	 Tak/Nie
8.	Izolacja drgań	Dedykowane gumowe nakładki umieszczone pomiędzy blatem a nogami stołu	 Tak/Nie
9.	Oznakowanie CE (Conformité Européenne)	Wymagane	 Tak/Nie
10.	Deklaracja zgodności	Wymagane - w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1854 ze zm.)	 Tak/Nie

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 22-04-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Julia Janczak, tel. : (+48 22) 57 20 665