



Nr referencyjny AAM/13157/APP/2025

Warszawa, 21.10.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **Endoskopowego systemu zakładania szwów** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Jednorazowy endoskopowy system zakładania szwów kotwiczących, pełnościennych przeznaczony do zamykania defektów, mocowania stentów w górnym odcinku przewodu pokarmowego i wykonania endoskopowej gastroplastyki rękawowej - 60 szt.

- system zakładania szwów pełnościennych tj. szwów ciągłych zakładanych przez pełną grubość ściany żołądka – części przedodźwiernikowej i trzonu.
- system współpracuje z niewchłanianymi szwami polipropylenowymi 2-0,
- system jest kompatybilny z jednokanałowymi endoskopami o średnicy pomiędzy 8.8 mm a 9.8 mm, długości roboczej do 110 cm i średnicy kanału roboczego min. 2.8 mm,

Szwy polipropylenowe - 300 szt.

- szew polipropylenowy 2-0 składający się ze sterylnie zapakowanego, niewchłanianego szwu polipropylenowego przymocowanego do wszczepialnej kotwicy wykonanej ze stopu kobaltowo-chromowego i stali nierdzewnej,
- wykonany z izotaktycznego, krystalicznego stereoizomeru polipropylenu (syntetycznej liniowej poliolefiny),
- w celu zwiększenia jego wydajności zabarwiony niebieskim barwnikiem.

Narzędzia – 300 szt.

- jednorazowe narzędzie do endoskopowego zaciskania końcówki szwu, współpracuje z kanałem endoskopu o średnicy min 2.8 mm.

Endoskopowy grasper spiralny – 60 szt.

- współpracujący systemem zakładania szwów kotwiczących,
- grasper wykonany z metalu w formie spirali wkręcanej w tkankę pracujący w osłonie z tworzywa sztucznego zapewniającego łatwość rotacji.

Wyrób medyczny – wymagane

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 27.10.2025 godz. 10.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Pocheć, tel. : (+48 22) 57 20 886