



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny  
AAM/21204/WF8/2025

Warszawa, 18.02.2026 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę  
**Łaźnia wodna z mieszadłem magnetycznym liczba 1 szt.**

| Lp. | Opis parametrów                           | Wymagane minimalne parametry techniczne                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Materiał (wanna/wkładka)                  | Stal nierdzewna                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.  | Pojemność                                 | 4 litry                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.  | Mieszadło magnetyczne                     | Co najmniej:<br>- regulowana prędkość<br>- zakres prędkości 250-1000 obr./min<br>- funkcja ciągłej pracy                                                                                                                                                   |
| 4.  | Temperatura                               | Co najmniej:<br>- zakres kontroli: od 5°C powyżej temp. otoczenia do +100°C<br>- rozdzielczość ustawiania temperatury: 0,1°C<br>- stabilność temperatury: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$<br>- równomierny rozkład temperatury w 37°C: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ |
| 5.  | Czas pracy                                | - timer<br>- od 1 minuty do 96 godzin                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.  | Wyświetlacz                               | Wymagany                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | Zasilanie                                 | - sieciowe<br>- napięcie w zakresie 230–240 V<br>- częstotliwość 50/60 Hz                                                                                                                                                                                  |
| 8.  | Oznakowanie CE<br>(Conformité Européenne) | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                                   |

o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 20.02.2026 r. godz. 15:00.  
Adres składania informacji cenowych i technicznych: [katarzyna.rochalska@wum.edu.pl](mailto:katarzyna.rochalska@wum.edu.pl),  
[aam@wum.edu.pl](mailto:aam@wum.edu.pl)

Osoba do kontaktu: Katarzyna Rochalska, tel.: (22) 57 20 498.