



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
20920/1M1/2025

Warszawa, 16.12.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Urządzenie do wizualizacji naczyń u gryzoni laboratoryjnych, liczba 1 szt.
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	- wizualizacja naczyń żylnych i tętniczych u myszy i szczurów w zastosowaniach badawczych - obsługa jedną ręką - urządzenie przenośne
Rodzaj światła	Diody LED zapewniające obrazowanie naczyń
Kolor światła	- Co najmniej: - zielone (tętnice), - pomarańczowe (żyły), - białe (światło egzaminacyjne)
Regulacja światła	Co najmniej intensywność światła
Technologia obrazowania	Transiluminacja przez ciało
Waga	Nie więcej niż 100g
Zawartość zestawu	- Co najmniej: - 2 adaptory do badania ogonów - 50 sztuk osłonek jednorazowego użytku
Zasilanie	Akumulatorowe lub bateryjne
Oznakowanie CE (Conformité Européenne)	Wymagane

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 19.12.2025 r. godz. 10:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Katsiaryna Yotchyk, tel.: (22) 57 20 831.