



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
20727/WF5/2025

Warszawa, 19.12.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Sprężarka, liczba 1 szt.
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Kompatybilność	Kompatybilna z systemem BRUKER TimsTOF PRO 2 (vTOF) będąca w posiadaniu użytkownika
Funkcjonalność podstawowa	- sprężarka powietrza bezolejowa, - chłodzona powietrzem, - spiralna
Zbiornik buforowy	Zbiornik buforowy o pojemności minimum 270 litrów
Osuszacz	Zintegrowany osuszacz ziębiczny
Wydajność (FAD)	Minimum 7,6 l/s przy ciśnieniu 8,75 bar(e)
Ciśnienie robocze	Minimum 9,75 bar(e)
Punkt rosy (PDP)	Maksymalnie +3°C
Przyłącze	Co najmniej G 1"
Bezpieczeństwo	Stopień ochrony minimum IP55
Moc silnika	Nie większa niż 5,5 kW
Hałas	Nie większy niż 65 dB
Masa	Nie większa niż 200 kg
Zasilanie	Sieciowe jednofazowe zgodnie z normą PN-IEC 60038

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 23.12.2025 r. godz. 14:00.
Adres składania informacji cenowych i technicznych: katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Katsiaryna Yotchyk, tel.: (22) 57 20 831.