



**WARSZAWSKI
UNIwersYTET
MEDYCZNY**

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny: AAM/2023/EL/12674

Warszawa, 09-11-2023

Załącznik nr 1 Różnicowanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę urządzenia do testów typu Comet oraz zasilacza o funkcjonalnościach i parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

A.

Urządzenie do testów typu Comet, ilość: 1 szt.

- do elektroforezy żelowej pojedynczych komórek na min. 10 szkiełkach mikroskopowych,
- techniki służące do analizy uszkodzeń DNA w komórkach.
- konstrukcja zapewniająca brak narażenia badanej komórki na działanie światła tła i uszkodzenia DNA podczas elektroforezy,
- platforma centralna chłodzona dla zapewnienia kontroli temperatury szkiełka podczas testu,
- objętość buforu: 500 ml \pm 10%
- warunki pracy: min. 25V/300mA przez 1h

B.

Zasilacz, ilość: 1 szt.

- do zastosowań elektroforezy przy min. prądzie 300 V, 700 mA i min. mocy 150 W
- co najmniej 5 par wylotów,
- ekran co najmniej LCD o przekątnej min. 2" wyświetlający parametry pracy,
- funkcja ustawionych i zapisanych protokołów,
- funkcja pracy przy stałym napięciu, stałym prądzie lub stałej mocy,
- funkcjonalność przechowywania co najmniej 30 programów,
- funkcja pauzy i wznowienia cyklu w tej samej pozycji.

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 16-11-2023 godz. 15.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Grażyna Zagrodzka , tel 22 57 20 809