



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny  
10714/2M5/2026

Warszawa, 29.07.2026 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę  
**Wózek/stojak do bezprzewodowego systemu ultrasonograficznego**  
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

| Wózek/stojak do bezprzewodowego systemu ultrasonograficznego – 1 szt. |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                    | Funkcjonalność podstawowa | - do transportu i użytkowania bezprzewodowego systemu ultrasonograficznego<br>- kompatybilny z GE Vscan Air CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.                                                                    | Wypożyczenie              | - element mocujący tablet<br>- element mocujący głowicę ultrasonograficzną<br>- kosz na akcesoria z hakami na kable<br>- uchwyt do przemieszczania wózka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.                                                                    | Koła                      | minimum 5 kół skrętnych z blokadą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.                                                                    | Maksymalne obciążenie     | Minimum 5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.                                                                    | Wysokość                  | Nie większa niż 140 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.                                                                    | Średnica podstawy         | Nie większa niż 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.                                                                    | Wyrób medyczny            | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.                                                                    | Inne wymagania            | Wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania |

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 04.08.2026 r. godz. 10:00.  
Adres składania informacji cenowych i technicznych: [magdalena.rembisz@wum.edu.pl](mailto:magdalena.rembisz@wum.edu.pl),  
[aam@wum.edu.pl](mailto:aam@wum.edu.pl)

Osoba do kontaktu: Magdalena Rembisz, tel.: (22) 57 20 509.