



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/11630/WF8/2026

Warszawa, 26.08.2026 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Łaźni wodnej z mieszadłem magnetycznym liczba 1 szt.

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Materiał (wanna/wkładka)	Stal nierdzewna
2.	Pojemność	4 litry
3.	Mieszadło magnetyczne	Co najmniej: - regulowana prędkość - zakres prędkości 250-1000 obr./min - funkcja ciągłej pracy
4.	Temperatura	Co najmniej: - zakres kontroli: od 5°C powyżej temp. otoczenia do +100°C - rozdzielczość ustawiania temperatury: 0,1°C - stabilność temperatury: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ - równomierny rozkład temperatury w 37°C: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
5.	Czas pracy	- timer - od 1 minuty do 96 godzin
6.	Wyświetlacz	Wymagany
7.	Zasilanie	- sieciowe - napięcie w zakresie 230–240 V - częstotliwość 50/60 Hz
8.	Oznakowanie CE (Conformité Européenne)	Wymagane

o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do powyżej podanych

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 31.08.2026 r. godz. 15:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: katarzyna.rochalska@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Katarzyna Rochalska, tel.: (22) 57 20 498.