



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
11789/WF7/2026

Warszawa, 02.09.2026 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Inkubator z wytrząsaniem
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Inkubator z wytrząsaniem – 1 szt.		
1.	Funkcjonalność w jednym kompaktowym urządzeniu nablutowym	min. - zapewnienie stałej kontroli temperatury w warunkach inkubacji - wytrząsanie jako kołysanie lub/i obracanie probówek o pojemności od 0,2 ml do 50 ml
2.	Zakres temperatury inkubacji	Min. od +5°C pow. temp. otoczenia do 60°C
3.	Komora inkubacji	Zapewnia maksymalną pojemność probówek nie mniejszą niż: 6 x 50 ml i 16 x 15 ml i 44 x 1,5-2,0 ml
4.	Sterowanie	Cyfrowe z wyświetlaczem i programowaniem parametrów pracy
5.	Inne wymagania	Wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 04.09.2026 r. godz. 12:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: tomasz.trybun@wum.edu.pl, aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Tomasz Trybun, tel.: (22) 57 20 876.