



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/18984/2M6/2025/2

Warszawa, 12.02.2026 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę analizatora Holtera EKG o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność	Rejestracja i analiza EKG
Próbkowanie	Częstotliwości 8 kHz
Pamięć	16 GB
Zapis	do min. 14 dni 3-kanalowego ciągłego zapisu z wykorzystaniem przewodu pacjenta lub 3-kanalowej elektrody plastrowej lub do 3 dni rzeczywistego zapisu 12-kanalowego z przewodu 10-odprowadzeniowego
Kompatybilność	z oprogramowaniem Sentinel 11.5 (w wersji 11.5.2 lub nowszej) lub z systemem Pathfinder SL.

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 15.02.2026 godz. 23:59
Adres składania informacji cenowych i technicznych: olga.romanowska@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Olga Romanowska.