



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/18984/2M6/2025/3

Warszawa, 28.04.2026 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę analizatora Holtera EKG o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność	rejestracja i analiza EKG
Częstotliwość próbkowania	min. 8 kHz
Pamięć	min. 16 GB
Zapis	do min. 14 dni 3-kanalowego ciągłego zapisu z wykorzystaniem przewodu pacjenta lub 3-kanalowej elektrody plastrowej lub do 3 dni rzeczywistego zapisu 12-kanalowego z przewodu 10-odprowadzeniowego
Oprogramowanie	kompetybilne z Sentinel 11.5 (w wersji 11.5.2 lub nowszej) lub z systemem Pathfinder SL.
Wyrób medyczny	wymagane
Oznaczenie CE (Conformité Européenne)	wymagane

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 04.05.2026 godz. 16:00
Adres składania informacji cenowych i technicznych: olga.romanowska@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Olga Romanowska.