



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
21138/APU/2025

Warszawa, 20.01.2026 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Trenażera do nauki badania per rectum, cewnikowania oraz badania jąder, 1 szt.
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Podstawowa funkcjonalność	Nauka badania per rectum prostaty, cewnikowania pęcherza oraz badania jąder
Budowa i anatomia	Anatomiczne odwzorowanie męskiego podbrzusza z materiału przypominającego ludzką skórę
Rodzaje ćwiczeń i procedur	Co najmniej: - diagnostyka prostaty - diagnostyka jelita grubego z zastosowaniem endoskopu - badanie palpacyjne jąder - procedura cewnikowania - zabieg wazektomii
Wyposażenie	Co najmniej: trenażer w postaci męskiego podbrzusza 4 wymienne prostaty: - powiększoną prostatę - prostatę z czterema guzami - prostatę z łatwo wyczuwalnym dużym guzem - prostatę ze złośliwym nowotworem 9 guzów jelita 2 wymienne jądra zawierające zmiany 2 zdejmowane skóry pokrywające mosznę Okreźnica i odbytnica zawierające zmiany Zbiornik symulujący pęcherz
Wyrób medyczny	Wymagane
Wymagane deklaracje	- deklaracja zgodności UE, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG lub - deklaracja zgodności UE, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE

Oferowany produkt	nie zawiera substancji niebezpiecznych, takich jak kadm, rtęć, ołów oraz sześciowartościowy chrom, w ilościach przekraczających dopuszczalne limity określone w Dyrektywie 2011/65/UE (RoHS), tj. 0,01% wagowo dla kadmu oraz 0,1% wagowo dla rtęci, ołowiu i sześciowartościowego chromu, w odniesieniu do każdego materiału jednorodnego, z którego składa się produkt. Oferowane urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający stosowanie tych substancji w innych formach niż dopuszczone prawem, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami środowiskowymi, w tym zasadą DNSH. Dopuszczalne wyjątki, o ile mają zastosowanie, wynikają z załącznika III do Dyrektywy
	Recykling min. 70% ponownego użycia
Inne wymagania	Wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 23.01.2026 r. godz. 10:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: katarzyna.rochalska@wum.edu.pl
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Katarzyna Rochalska, tel.: (22) 57 20 498.