



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny  
5619/1WK/2026

Warszawa, 27.0142026 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę  
**Rotor 30 X 2 ml – 1 szt.**  
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	Do wirowania próbek biologicznych z prędkością maksymalną minimum 14 000 obr./21 693 x g
	Kompatybilny z wirówką Mega Star 600R firmy VWR® będącą w posiadaniu Zamawiającego
Cechy podstawowe	O stałym kącie wychylenia; Dla minimum 30 mikroprowówek typu eppendorf o pojemności 1.5/2 mL lub kolumn filtracyjnych; Z pokrywą zabezpieczającą Szybki sposób montażu niewymagający użycia narzędzi (MicroClick)
Oznakowanie CE(Conformité Européenne)	Wymagane
Inne wymagania	Wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 29.04.2026 r. godz. 10:00.  
Adres składania informacji cenowych i technicznych: [magdalena.rembisz@wum.edu.pl](mailto:magdalena.rembisz@wum.edu.pl),  
[aam@wum.edu.pl](mailto:aam@wum.edu.pl)

Osoba do kontaktu: Magdalena Rembisz, tel.: (22) 57 20 509.