



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/5812/NZN/2025

Warszawa, 28.01.2026 r.

Załącznik nr 1 Różnicowanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Deski do transferu pacjenta, liczba 1 szt.
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne
1	2	3
1.	Funkcjonalność podstawowa	Do przenoszenia pacjenta z łóżka m. in. na wózek inwalidzki, krzesło.
2.	Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne o gładkiej powierzchni Odporny mechanicznie Odporny na działanie środków dezynfekujących i myjących
3.	Konstrukcja	Min. 1 uchwyt Wycięcia zabezpieczające przed przesuwaniem się deski podczas przenoszenia pacjenta
4.	Maksymalne obciążenie	Min. 130 kg
5.	Wyrób medyczny	Wymagany
6.	Oznakowanie CE	Wymagane
7.	Wymiary	Długość: z zakresu (770-800) mm Szerokość: z zakresu (270-345) mm Grubość: z zakresu (4-6) mm

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 29.01.2026 r. godz. 15:00.
Adres składania informacji cenowych i technicznych: maja.zdanowska@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Maja Zdanowska, tel.: (22) 57 20 924.