



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny  
AAM/8501/1M13/2026

Warszawa, 18.06.2026

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę, instalację i instruktaż czujnika temperatury i wilgotności, ilość: 4 szt.

Funkcjonalność	Pomiar temperatury
	Pomiar wilgotności
Transfer danych	Automatycznie, do systemu Mobile Alerts Aplikacja mobilna, kompatybilność z Bramka Mobile Alerts MA 10001
Zakres mierzenia temperatury	Min. od -25 °C do +50 °C
Zakres mierzenia wilgotności	Min. od 25 – 99 % RH
Zakres transmisji	Min. do 100 m
Inne wymagania	Alarm po przekroczeniu progów Historia danych Praca w systemie monitoringu środowiska
Zasilanie	Sieciowe jednofazowe zgodnie z normą PN-IEC 60038, bateryjne
Oznaczenie CE (Conformité Européenne)	wymagane

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 22.06.2026 godz. 15:00  
Adres składania informacji cenowych i technicznych: [olga.romanowska@wum.edu.pl](mailto:olga.romanowska@wum.edu.pl),  
[aam@wum.edu.pl](mailto:aam@wum.edu.pl)

Osoba do kontaktu: Olga Romanowska.