



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/9139/2WA/2026

Warszawa, 23.07.2026

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę systemu narzędzi i akcesoriów do laparoskopowej chirurgii ginekologicznej, liczba 1 komplet.

Przeznaczenie	• do wykonywania amputacji trzonu macicy (LASH/LSH) podczas zabiegów laparoskopowych • współpraca instrumentu wielorazowego z jednorazowymi pętlami o różnych rozmiarach oraz z przewodem monopolarnym, kompatybilnym z generatorem elektrochirurgicznym • składający się ze elementów opisanych poniżej
Instrument do laparoskopowej amputacji trzonu macicy z zastosowaniem pętli elektrochirurgicznych, 1 szt.	• składający się z uchwytu oraz elementów prowadzących umożliwiających zamocowanie i kontrolowane prowadzenie pętli • zapewniający zakładanie, napinanie i zwalnianie jednorazowej pętli podczas zabiegu • przystosowany do współpracy z przewodem elektrochirurgicznym monopolarnym • przeznaczony do wielokrotnej sterylizacji zgodnie z zaleceniami producenta • wykonany z materiałów dopuszczonych do wielokrotnego stosowania w chirurgii laparoskopowej • kompatybilny z jednorazowymi pętlami oferowanymi w ramach tego samego systemu
Przewód elektrochirurgiczny monopolarny do instrumentów laparoskopowych, 1 szt.	• przeznaczony do połączenia instrumentu laparoskopowego z generatorem elektrochirurgicznym • długość przewodu 4,5 m ($\pm 10\%$) • zakończenie od strony instrumentu: gniazdo o średnicy 4 mm • zakończenie od strony generatora kompatybilne z generatorami elektrochirurgicznymi wyposażonymi w złącze typu Erbe ACC/ICC/VIO lub równoważne • przeznaczony do wielokrotnego użycia i sterylizacji zgodnie z instrukcją producenta • kompatybilny z instrumentem opisanym powyżej/ w poz. 2
Pętla elektrochirurgiczna duża, 10 szt.	• kompatybilna z wielorazowym instrumentem prowadzącym tego samego systemu • wykonana z materiału przewodzącego energię wysokiej częstotliwości • średnica robocza pętli 175 mm ($\pm 10\%$) • przeznaczona do pracy w technice monopolarnej • wyrób sterylny, jednorazowego użytku
Pętla elektrochirurgiczna mała, 10 szt.	• kompatybilna z wielorazowym instrumentem prowadzącym tego samego systemu • wykonana z materiału przewodzącego energię wysokiej częstotliwości • średnica robocza pętli 100 mm ($\pm 10\%$)

	• przeznaczona do pracy w technice monopolarnej • wyrób sterylny, jednorazowego użytku
Oznaczenie CE (Conformité Européenne)	wymagane
Wyrób medyczny	wymagane
Inne wymagania	Wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania.

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 27.07.2026 godz. 16:00
Adres składania informacji cenowych i technicznych: olga.romanowska@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Olga Romanowska.