



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/2025/010

Warszawa, 29.04.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Faldomierz – 1 szt.
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	do pomiaru grubości fałdu skórno-tłuszczowego celem oceny zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie
Typ	Zegarowy lub elektroniczny
Zakres pomiaru	Min. 0 – 12 mm
Nacisk sprężyny	Nie więcej niż 10g/mm ²
Dokładność	Parametr punktowany Dokładność 99% TAK NIE
Powtarzalność	Parametr punktowany Powtarzalność 0,2 mm TAK NIE
Oprogramowanie do oceny składu ciała	Parametr punktowany TAK NIE
Akcesoria	Co najmniej: Walizka do przechowywania
Deklaracja zgodności	Deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1854 ze zm.)

Wyrób medyczny	Wymagane
Właściwości materiałowe i konstrukcyjne	- Brak rtęci - Brak użycia ołowiu, kadmu, berylu oraz innych niebezpiecznych substancji
Recykling	Minimum 70% ponownego użycia

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 05.05.2025 r. godz. 10:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: magdalena.rembisz@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Rembisz, tel.: (22) 57 20 509.