



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/2025/012

Warszawa, 15.05.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Wideolaryngoskop – 1 szt.
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	Do intubacji poprzez precyzyjne oświetlenie i uwidocznienie dróg oddechowych dzięki zintegrowanemu systemowi oświetlenia i optyki
	Pełna kompatybilność z modulem monitora 8403ZX, C-MAC, producent Karl Storz, o numerze seryjnym VS12729, będącym w posiadaniu Zamawiającego
Typ	- MILLER rozmiar 1 - Zintegrowany na stałe z rękojeścią - Wielorazowy
System wizualizacji	- Kamera z przetwornikiem obrazowym CMOS wraz z diodą oświetleniową LED zintegrowane w łopatkę - Obiektyw kamery zapewniający wizualizację końca łopatki na ekranie monitora w trakcie intubacji
Interfejs połączeniowy z monitorem	Bezgwintowy wtyk
Materiał	Stal nierdzewna
Rękojeść	Wyposażona w przycisk do aktywacji zapisu zdjęć i wideo
Mycie i sterylizacja	- Pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8) - Sterylizacja niskotemperaturowa nadtlenkiem wodoru
Wyposażenie	Przewód łączący, do połączenia wideolaryngoskopu z monitorem
Deklaracja zgodności	Deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1854 ze zm.)
Wyrób medyczny	Wymagane
Właściwości materiałowe i konstrukcyjne	- Brak rtęci

	- Brak użycia ołowiu, kadmu, berylu oraz innych niebezpiecznych substancji
Recykling	Minimum 70% ponownego użycia

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 20.05.2025 r. godz. 10:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: magdalena.rembisz@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Rembisz, tel.: (22) 57 20 509.