



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/50/WF8/2026

Warszawa 11.02.2026 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę inkubatora, ilość 1 szt., o funkcjonalności i parametrach jak poniżej:

Funkcjonalność, cechy podstawowe	- inkubator chłodząco-grzewczy - z uchwytem zewnętrznym do przenoszenia - zapewniający utrzymanie hodowli grzybów mycelialnych - waga (pusty) maks. 14 kg
	pojemność komory w zakresie 20 - 24litry drzwi zewnętrzne z otworem szklanym (do obserwacji), 1 szt. zakres regulacji min. od -15°C względem temperatury otoczenia otoczenia do +60°C
Wyposażenie	wbudowane gniazdo zasilania (jednofazowe zgodnie z normą PN-IEC 60038) wewnątrz komory

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 13.02.2026 r. godz. 10:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: tomasz.trybun@wum.edu.pl, aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Tomasz Trybun, tel.: (22) 57 20 876.