

Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę Lampa do naświetleń z wyposażeniem, liczba sztuk: 3 o parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

1.	Funkcjonalność podstawowa	Min. terapia światłem spolaryzowanym i koloroterapia
2.	Zasięg terapeutyczny	Co najmniej do 40 cm ²
3.	Średnica filtra lampy	Min. 5 cm
4.	Moc żarówki halogenowej	Min. 20 W
5.	Długość fali	Co najmniej w zakresie (480-3400nm)
6.	Stopień polaryzacji	>95% w zakresie (590-1550nm)
7.	Jednostkowa gęstość mocy (średnio)	Min. 40 mW/cm ²
8.	Zasilanie	Sieciowe jednofazowe zgodnie z normą PN-IEC 60038
9.	Waga	Max. 1 kg
10.	Wyposażenie do każdej lampy	Co najmniej 6 kolorowych filtrów do koloroterapii dla każdej lampy wzbogaconych bioinformacją (łącznie 18szt.) -żółty, -zielony, -niebieski, -fioletowy,

		-czerwony, -pomarańczowy,
11.		Filtr w kolorze indygo- min. 1 sztuka dla każdej lampy
12.		Zestaw produktów kosmetycznych wzbogaconych w bioinformację: fluid, żel przywracający równowagę, krem
13.		Statyw podłogowy
14.	Recykling	min. 70% ponownego użycia
15.	Oferowany produkt	Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji: kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu
16.	Deklaracja zgodności	deklarację zgodności UE, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG
17.	Urządzenie medyczne	Wymagane

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 5-06-2025 godz. 12.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Joanna Zimniak, tel. 22 57 20 665