

Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę aparatu USG z wyposażeniem - liczba 1 szt. o parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

1.	Typ urządzenia	- mobilny skaner USG - bezprzewodowy - posiada 2 głowice w jednej obudowie: sektorową i liniową
2.	Częstotliwość obrazowania	Częstotliwość obrazowania: min. zakres 1-15 MHz
3.	Głębokość obrazowania	Co najmniej 40 cm
4.	Obrazowanie	kompatybilny z systemami: co najmniej iOS i Android
5.		Bezprzewodowa łączność z tabletem lub smartfonem
6.	Cechy podstawowe	- mobilny/przenośny - bezprzewodowy - posiada 2 głowice w jednej obudowie: sektorową i liniową
7.		Pole widzenia minimum 70° Łączna liczba elementów obrazowych: minimum 192
8.	Głowica	Czas naładowania baterii: co najmniej ~50 min
9.	Tryby obrazowania	Minimum: - B-mode - M-mode - Doppler kolorowy - PW Doppler
10.	Funkcjonalności	Pomiar minimum.: odległości, kąt, obrys, tętno, czas, prędkości

znak sprawy

11.		Pomiary kardiologiczne minimum: LV, EF (Simpson), LV FAC, IVS, LVID, LVPW, TAPSE, MAPSE
12.	Kompensacja głębokościowa wzmocnienia	- minimum 3 strefy (TGC)
13.	Oprogramowanie	Darmowy i nielimitowany dostęp do aplikacji zapewniającej przechowywanie i zarządzanie badaniami, co najmniej: - wprowadzanie danych pacjenta, - zapis zdjęć oraz filmów, - system archiwizacyjny, - eksport danych na zewnętrzne nośniki pamięci, - zmiana ustawień oraz parametrów obrazowania, - współpraca z systemami zgodnymi ze standardem DICOM,
14.	Pakiet medycyny ratunkowej - 4szt.	Nieograniczony czasowo dostęp do pakietu zawierającego co najmniej: - DICOM, - Auto Preset – automatyczne wykrycie badanej struktury i samoczynne ustawienie przez sondę optymalnego presetu badania, - Auto Heart Rate – automatyczne obliczanie tętna - Doppler Pulsacyjny - rejestrowanie procedur
15.	Pakiet naczyniowy- 4szt.	Nieograniczony czasowo dostęp do pakietu zawierającego co najmniej: - DICOM, - Oprogramowanie aplikacyjne: Tętnica szyjna, Tętnice, Żyły, - Doppler Pulsacyjny - Wizualizacja igły - rejestrowanie procedur
16.	urządzenie obrazujące - 4szt.	- tablet kompatybilny z dostarczonymi głowicami – Fabrycznie nowy o przekątnej ekranu minimum 10 cali, pamięci wewnętrzna minimum 64 GB, 1 szt.
17.	Wyposażenie	- ładowarka, 1 szt. - pokrowiec ochronny, 1 szt.
18.	Wyrób medyczny	wymagane

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 09-01-2025 godz. 12.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Joanna Zimniak , tel. 22 57 20 665