



Nr referencyjny AAM/2026/13044

Warszawa, 25.09.2026

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **dermatoskopu** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	Dermatoskop ręczny do obrazowania skóry
Powiększenie	10x lub lepsze
Średnica układu optycznego	32 mm
Polaryzacja	Zmienna – obrazowanie w świetle spolaryzowanym lub niespolaryzowanym
	Regulacja stopnia polaryzacji od polaryzacji krzyżowej do polaryzacji równoległej
Obrazowanie fluorescencyjne	Wbudowane źródło promieniowania UV o długości fali 365 nm
Oświetlenie	• Minimum 9-stopniowa regulacja intensywności oświetlenia • Minimum 9-stopniowa regulacja temperatury barwowej oświetlenia • oświetlenie LED
Aplikacja	Łączenie z aplikacją mobilną dostępną nieodpłatnie co najmniej na telefony z oprogramowaniem iOS
	Funkcje w aplikacji: • wykonywanie i archiwizacja zdjęć • podgląd obrazu z kamery na żywo • tworzenie kart pacjentów • analiza przy wsparciu AI
Zasilanie	Bateria lub akumulator
Wypożyczenie	Co najmniej: • Stacja ładowania • Skórzane etui i pokrowiec na pasek • Magnetyczny okular i linijka (100 mm) • Jednorazowe osłonki DL5 IceCap (min. 5 sztuk) • Kabel USB (2 m) • Ściereczka z mikrofibry
Oznakowanie CE (Conformité Européenne)	Wymagane

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 29-09-2026 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Julia Janczak, tel. : (+48 22) 57 20 923