



Nr referencyjny AAM/2026/13252

Warszawa, 28.09.2026

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **dermokamery** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	Cyfrowa kamera dermatologiczna
	Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video
Rozdzielczość	Nie gorsza niż 20 MP
Zoom cyfrowy	Min 8x
	Funkcja obrazowania skóry zarówno w przybliżeniu jak i większych obszarów bez wymiany obiektywu
Źródło światła UV	Wymagane
	Długość fali 405 nm
Polaryzacja	Obrazowanie w świetle spolaryzowanym i niespolaryzowanym
Funkcje obrazowania	Funkcja wykonania zdjęcia polaryzowanego, zdjęcia niespolaryzowanego oraz zdjęcia w UV 405 nm w trakcie jednego mechanizmu migawki
	Nakładanie skali na fotografię
	Obraz bez zniekształceń na całej powierzchni
Oświetlenie	Pierścieniowe światło LED
Wyświetlacz	LCD, dotykowy, min. 3-calowy
Oprogramowanie	Dostępnie bez dodatkowych opłat co najmniej na komputery z systemem Windows
	Co najmniej: - archiwizacja zdjęć - powiększanie zdjęć - porównywanie obrazów - przypisanie obrazów do pacjenta - eksport danych
Masa całkowita (wraz z baterią i kartą pamięci)	Max. 400 g
Łączność	Minimum: - HDMI lub mini HDMI - USB lub micro USB - Wi-Fi
Wymienny nośnik pamięci	Wymagane
Adapter	Adapter o małej średnicy do obrazowania trudno dostępnych anatomicznie miejsc

Zasilanie	Bateria lub akumulator
Czas pracy na pełnym naładowaniu	Min. 175 zdjęć lub 45 min ciągłego nagrywania
Zestaw zawiera	Minimum: - ładowarka - osłona obiektywu - adapter - narzędzie do zdejmowania obiektywu - min. 120 folii ochronnych

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 01-10-2026 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Julia Janczak, tel. : (+48 22) 57 20 923