

Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę Trenera inhalacji-liczba 2szt.
o parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Trenażer inhalacji	Monitorowania poprawności inhalacji leków wziewnych za pomocą inhalatorów ciśnieniowych (MDI) i proszkowych (DPI)
Funkcje	Nauka techniki inhalacyjnej oraz eliminacji błędów w czasie rzeczywistym inhalacji za pomocą inhalatorów treningowych oraz aerosolu z placebo, co najmniej: <ul style="list-style-type: none">• prawidłowy wdech inhalacji• natężenie przepływu wdechowego (siła i prędkość wdechu)• przyspieszenie wdechu• czas odpalania MDI• czas inhalacji w docelowych zakresach wdechu i wydechu• instrukcje zwrotne dotyczące poprawy techniki• koordynacja wykonania wdechu z uwolnieniem dawki leku z inhalatora• identyfikacja najodpowiedniejszego typu inhalatora dla pacjenta
Cechy systemu	<ul style="list-style-type: none">• wizualizacja przebiegu badania na ekranie monitora w czasie rzeczywistym• podsumowanie przebiegu badania z wykazem błędów i ich wpływu na depozycje leku
Zawartość zestawu	<ul style="list-style-type: none">• baterie zasilające• przewód silikonowy

znak sprawy

Oznakowanie CE	Wymagane

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 21-10-2024 godz. 14.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Joanna Zimniak , tel. 22 57 20 665