



Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **stetoskopu elektronicznego** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność i cechy	Elektroniczny stetoskop z: - funkcją rejestrowania dźwięków, - pełna budowa : membrana, kabel, liry, oliwki.	
2.	Lira	- podwójne światło przewodu	
3.	Membrana	- jednoczęściowa, - dwutonowa, - słuchanie dźwięków o różnych częstotliwościach poprzez regulację nacisku głowicy, - epoksydowa lub włókno szklane, - średnica: do 3,5 cm (mała), do 4,5 cm (duża).	
4.	Nasadka Core	- usprawniająca osłuchiwanie dzięki wzmocnieniu dźwięków, aktywnej redukcji szumów i oprogramowaniu, - wizualizowanie, rejestrowanie i udostępnianie odsłuchu, poprzez bluetooth na urządzeniu mobilnym (Android, iOS), - łącząca się z oprogramowaniem Eko, dedykowanym do ww. stetoskopu.	
5.	Głowica	- dwustronna	
6.	Wyposażenie	- oliwki miękkie, samouszczelniające, - adapter, - etui/pokrowiec.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 15-11-2024 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067