



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2024/3/111

Warszawa, 14-11-2024

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **symulatora pacjenta dorosłego do badania fizykalnego z wyposażeniem** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Pełno postaciowy fantom osoby dorosłej do treningu procedur pielęgnacyjnych w zakresie badania fizykalnego w zakresie: - osłuchiwanie min. 18 dźwięków serca, - osłuchiwanie min. 8 dźwięków płuc, - osłuchiwanie min. 5 dźwięków perystaltyki jelit, - symulacji wykonywania 12 odprowadzeniowego EKG, min. 10 rytmów, - mierzenia ciśnienia za pomocą ciśnieniomierza, - pomiar pulsu na tętnicy szyjnej i nadgarstku, - badania reakcji źrenic na światło.	
2.		Rozpoznawanie i stawianie diagnozy dla min. 12 przypadków medycznych.	
3.		Oprogramowanie w języku polskim	
4.	Oprogramowanie	Min. 12 scenariuszy przedstawiających dolegliwości w zakresie: - bólu brzucha, - duszności, - bólu w klatce piersiowej, - utraty przytomności.	
5.		Symulacja głosu pacjenta przez instruktora	
6.		Tryby oprogramowania min.: - edycja scenariusza, - treningowy, - egzaminacyjny.	

7.	Sterowanie	Panel sterujący lub pilot lub terminal lub darmowa aplikacja na smartfon lub tablet (nie będące przedmiotem zamówienia).	
8.	Zestaw zawiera	Minimum: - pełnopostaciowy fantom, - laptop, - ciśnieniomierz, - elektrody EKG, - kabel zasilający lub baterię.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 19-11-2024 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067