



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/1/17/3/97

Warszawa, 19-11-2024

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **trenażera do tamowania krwotoków kończyny dolnej** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Anatomiczny model kończyny dolnej osoby dorosłej do nauki w zakresie min.: - tamowanie krwotoku, - opatrywanie ran, - zarządzenie amputacją.	
2.		Wygląd naturalnej skóry z charakterystycznymi punktami kostnymi	
3.	Procedury hamowania krwotoku	Minimum: - opaski uciskowe, - opatrywanie rany postrzałowej, - opatrywanie rany po amputacji, - opatrunki hemostatyczne.	
4.	Układ krwionośny	- Wyciek krwi z każdej rany, - Zbiornik krwi min. 2l z ręczną pompą do symulacji krwotoku z żył i tętnic, - Brak przepływu wstecznego do zbiornika krwi w trakcie tamowania ran.	
5.	Rodzaje ran	Minimum: - głęboka, - postrzałowa dużego kalibru na wylot, - amputacja.	

6.	Zestaw zawiera	Minimum: -kończyna dolna z minimum 3 ranami urazowymi, - dwie osłony na rany, - ręczna pompa krwi, - worek z piaskiem, - 2-litrowy zbiornik na symulowaną krew, - koncentrat symulowanej krwi min. 250 ml, - torba do przechowywania.	
----	----------------	--	--

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 22-11-2024 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067