



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/3/96

Warszawa, 19-11-2024

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **trenażera do tamowania krwotoków kończyny górnej** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Anatomiczny model kończyny górnej osoby dorosłej do nauki w zakresie min.: - tamowania krwotoków zewnętrznych, - leczenia urazów ramienia, - opatrywania ran.	
2.		Wygląd naturalnej skóry z charakterystycznymi punktami kostnymi	
3.	Procedury hamowania krwotoku	Minimum: - opaski uciskowe, - tamponady, - opatrunki hemostatyczne.	
4.	Układ krwionośny	- Zbiornik krwi 2l ± 10% z ręczną pompą do symulacji krwotoku z żył i tętnic, - Wyciek krwi z każdej rany, - Brak przepływu wstecznego do zbiornika krwi w trakcie tamowania ran.	
5.	Rodzaje ran	Minimum: - głęboka, - postrzałowa dużego kalibru na wylot, - rana w okolicy węzłów chłonnych.	

6.	Zestaw zawiera	Minimum: <ul style="list-style-type: none">- ramię z minimum 3 ranami urazowymi,- trzy osłony na rany,- ręczna pompa krwi,- pasek do umocowania trenażera na ramieniu,- 2-litrowy zbiornik na symulowaną krew,- koncentrat symulowanej krwi min. 250 ml,- torba do przechowywania.	
----	----------------	---	--

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 22-11-2024 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067