



WARSZAWSKI
UNIwersYTET
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2092/NZYN/2026

Warszawa, 10-03-2026

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **zestawu głowic USG** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Głowice USG kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem USG SonoMax9 producenta Chison Medical Technologies Co., Ltd do zastosowania w pediatrii.	
2.	Głowice	- 1 szt. głowica sektorowa o paśmie min. 2-9,6 MHz, - FOV 85°, - zastosowanie w badaniach kardiologicznych, transkranialnych u dzieci.	
3.		- 1 szt. głowica typu Hockey o paśmie min. 6-15 MHz, - czoło głowicy: 25 mm, - zastosowanie w badaniach mięśni, stawów, diagnostyka nerwów obwodowych, małych narządów, naczyń obwodowych.	
4.	Wyrób medyczny	wymagane	
5.	Oznakowanie CE	wymagane	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 12-03-2026 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067