



WARSZAWSKI  
UNIwersytet  
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/3762/WLS11/2026

Warszawa, 03-04-2026

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **trenażera do iniekcji pod kontrolą USG** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Fantom w postaci wkładki skórnej z żyłami na podstawie do treningu w zakresie: - wkluc dożylnych pod kontrolą aparatu USG, - nauki rozpoznawania żył na obrazie ultrasonograficznym.	
2.		Informacja zwrotna w postaci pobrania krwi po prawidłowo wykonanej iniekcji.	
3.	Materiał wykonania	- realistycznie odwzorowana tkanka miękka, - realistyczna echogeniczność tkanki miękkiej w badaniu USG.	
4.		Skóra wykonana z odpornego na wklucia materiału.	
5.	Żyły	Minimum 8 żył o średnicy 4-8 mm.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 08-04-2026 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067