



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/7002/NZG/2026

Warszawa, 10-06-2026

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **fantomu niemowlęcia do nauki resuscytacji** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Pełno postaciowy, fantom niemowlęcia do treningu w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.	
2.		- czujnik lub wskaźnik pokazujący poprawność wykonywanych ćwiczeń RKO w zakresie uciskania klatki piersiowej, - funkcja odchylenia głowy do tyłu, - wentylacja metodą usta-usta.	
3.	Budowa	- konstrukcja fantomu pompowana powietrzem, - anatomiczne punkty orientacyjne, - klatka piersiowa unosząca się podczas wentylacji.	
4.	Wymiary	Max. 50 x 30 x 15cm	
5.		Ciężar max. 0,5 kg	
6.	Zestaw zawiera	Minimum: - fantom niemowlęcia, - symulator defibrylatora AED kompatybilny z fantomem.	
7.	Inne wymagania	Wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 15-06-2026 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067