



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/18891/6541/WF2/2025/2026

Warszawa, 20-07-2026

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **pompy próżniowej bezolejowej** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Pompa próżniowa bezolejowa, tłokowa	
2.	Wydajność	Min. 100 l/min	
3.	Maksymalne podciśnienie	Min. 85 mbar abs	
4.	Regulacja podciśnienia	Wymagane	
5.	Kontrola podciśnienia	Wbudowany wakuometr	
6.	Filtr	Na wlocie powietrza	
7.	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Wymagane	

8.	Poziom głośności	Max. 68 dB	
9.	Klasa ochronności	Min. IP30	
10.	Oznakowanie znakiem CE	wymagane	
11.	Zasilanie	230 V / 50 Hz	
12.	Inne wymagania	Wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 26-07-2026 godz. 10.00
 Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl
 Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067