



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/11154/1M12/2026

Warszawa, 19-08-2026

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **lupy stomatologicznej galileusza** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Typ	Lupa stomatologiczna typu Galileusz	
2.	Powiększenie	2,5×	
3.	Odległość robocza	420 mm	
4.	Pole widzenia	130 mm	
5.	Mocowanie	Na oprawie okularowej	
6.	Regulowany rozstaw źrenic	Wymagane	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 24-08-2026 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067