



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM_3647_2025

Warszawa, 19.01.2026 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Zestawu jednorazowych narzędzi laryngologicznych, liczba 2010 szt.
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Parametry techniczne oferowane
1.	Funkcjonalność podstawowa	Oglądanie przewodu słuchowego zewnętrznego i błony bębenkowej	
2.	Wzierniki uszne - 4 opakowania po 250 sztuk	- Jednorazowe - Średnica: 4,0 mm - Kompatybilne z otoskopami producentów: KaWe, Riester, Heine, Luxamed, Spirit - Część aplikacyjna gładka, bez ostrych krawędzi - W uchylnym kartonowym opakowaniu	
3.	Wzierniki uszne- 500 sztuk	- Jednorazowe - Bezlątkowe - Średnica: 5,2 mm - Matowe, nieodbijające powierzchnie wewnątrz lejka - Gładkie zaokrąglone krawędzie wziernika - Część zewnętrzna zakończona karbowanym kołnierzem	
4.	Wzierniki uszne- 5 opakowań po 102 sztuki	- Jednorazowe - Średnica: 4,25 mm - Kompatybilne z otoskopami producenta Wechallyn - Część aplikacyjna gładka, bez ostrych krawędzi	
5.	Wyrób medyczny	Wymagany	
6.	Oznakowanie CE (Conformité Européenne)	Wymagane	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: **19.01.2026 r. godz. 15:00.**

Adres składania informacji cenowych i technicznych: maja.zdanowska@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Maja Zdanowska, tel.: (22) 572 09 24