



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
19010/1WB1/2026

Warszawa, 03.02.2026 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Sonda do pomiaru przepływu w naczyniach krwionośnych (TTFM), liczba sztuk: 2
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Kompatybilność	- Kompatybilne z systemem do śródoperacyjnego pomiaru przepływu metodą TTFM MiraQ
Funkcjonalność podstawowa	- zastosowania w chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii śródoperacyjny pomiar przepływu krwi w naczyniach
Zakres średnic pomiarowych	Zakres średnic naczyń co najmniej od 1,5 mm do 16 mm
Wielokrotność użycia	Minimum do 50-krotnego użycia
Materiał wykonania	Materiały biokompatybilne, przeznaczone do kontaktu z tkankami ludzkimi
Metody sterylizacji	Sterylizacja co najmniej w autoklawie parowym , metodą EtO oraz plazmową
Wyrób medyczny	Wymagane

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 05.02.2025 r. godz. 14:00.
Adres składania informacji cenowych i technicznych: katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Katsiaryna Yotchyk, tel.: (22) 57 20 831.