



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny  
2430/1MB/2026

Warszawa, 08.04.2026 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę  
Myjnia-dezynfektor obuwia operacyjnego, liczba sztuk: 1  
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	podblatowa myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego
Konstrukcja urządzenia	<ul style="list-style-type: none"><li>- wolnostojące,</li><li>- nieprzelotowe,</li><li>- jednodrzwiowe,</li><li>- drzwi uchylne do dołu, z elektryczną blokadą uniemożliwiającą otwarcie w trakcie trwania cyklu</li><li>- konstrukcja zgodna z normą PN-EN 15883</li><li>- komora mycia oraz obudowa wykonane ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej o pojemności nie mniej niż 150L</li><li>- minimum 2 pompy dozujące do automatycznego dozowania środków chemicznych</li><li>- pompa obiegowa zapewniająca natrysk wody do ramion myjących</li></ul> wyświetlacz do monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji oraz temperatury
System grzewczy	podgrzewanie elektryczne
Filtracja wody	wielostopniowy system filtrowania wody wewnątrz komory mycia
Programy mycia i dezynfekcji	<ul style="list-style-type: none"><li>- minimum 5 fabrycznych programów mycia i dezynfekcji w tym min. programy z dezynfekcją termiczną oraz chemiczno-termiczną,</li></ul> zaprogramowania minimum 20 dodatkowych programów wg preferencji użytkownika
Podłączenie wody	Co najmniej <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 × DN 20,</li><li>- ciśnienie robocze ≥ (1–10 ) bar,</li></ul> przyłącze G 3/4"
Interfejs	Co najmniej <ul style="list-style-type: none"><li>- port USB do pobieranie danych z przeprowadzonych cykli mycia</li></ul> port komunikacyjny RS-232 do podłączenia komputera lub drukarki
Wyposażenie	Co najmniej kwasoodporny lub nierdzewny wózek wsadowy do mycia min 10 szt. obuwia operacyjnego
Oznakowanie CE (Conformité Européenne)	wymagane
Wyrób medyczny	wymagane
Inne wymagania	Wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego

	działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania
--	--

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 10.04.2025 r. godz. 11:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: [katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl](mailto:katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl),  
[aam@wum.edu.pl](mailto:aam@wum.edu.pl)

Osoba do kontaktu: Katsiaryna Yotchyk, tel.: (22) 57 20 831.